

仕 様 書

この仕様書は、X線検出器の購入及び納品について適用する。

1 調達物品

X線検出器 1 式

2 品名、規格、数量

AeroDR システム (swift1717HL、swift1417SL、fine1012HQ) 及び付属品

3 納入条件

- (1) 納入場所 広島市医師会千田町夜間急病センター
(広島市中区千田町三丁目 8 番 6 号)
- (2) 納入期限 令和 8 年 3 月 3 1 日 (火)

5 設置条件等

- (1) 納入物品本体及び付属品の搬入から組立て、設置に至るまで、すべて受注者において行い、機器の設置位置、設置方法は本市職員及び本市職員が指定した者の指示に従うこと。その際発生する諸費用 (送料等) は受注者が負担すること。
- (2) 当センターの X 線撮影装置等と接続及び連携を行い、正常に動作することを確認した上で引き渡すこと。
- (3) 機器の搬入、据付、配線、調整などについて、必要に応じて通路などを養生し、建物の毀損その他の設備などに損傷を与えないこと。万一、損傷を与えた場合は、受注者の責任において原状復旧すること。
- (4) 既存機器を撤去すること。
- (5) 納入日については、本市職員及び本市職員が指定した者と事前に打ち合わせをすること。

6 保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。

なお、受注者は、仕様書に記載された本契約の保守業務全般を製造者 (コニカミノルタ) へ再委託することができる。

7 保証期間

設置後 1 年間は、通常の使用により故障した場合の無償保証に応じること。ただし、受注者 (又は製造者) の責めに帰する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後においても無償保証に応じること。

8 障害支援体制等

- (1) 障害時は、復旧のため 24 時間 365 日現地にて対応すること。
- (2) 障害時は、復旧のため日時を問わず障害発生通知後 3 時間以内に対応できる体制にあること。

9 その他

- (1) 取扱説明に関する教育訓練は、本市職員が指定する日時、場所で行うこと。
- (2) 各機器、付属品の説明書及び操作マニュアルは日本語のものを 2 部以上提出すること。
- (3) この仕様書に記載されていない事項であっても、必要なものについては、本市職員と協議し、良心的に施行すること。