

仕 様 書

1 業務名

生体情報モニタ点検整備業務

2 履行期間

契約締結日から令和8年3月19日まで

3 履行場所

東本浦出張所ほか19か所（詳細は別紙1のとおり。）

4 業務の内容

各救急車に積載している生体情報モニタの外観・機能等点検及び必要な整備を実施するものである。

(1) 生体情報モニタの点検整備（バッテリー交換を含む。）

ア 型式及び数量

日本光電工業株式会社 ベッドサイドモニタBSM3562 25台

バッテリーパックーSB671PX075 25台分

イ 受注者は、別紙2に基づき点検整備（軽微な修理を含む。）を行うものとする。

(2) 留意事項

ア 受注者は、修理又は部品の取替えを要すると判断した場合（軽微なものを除く。）は、速やかに発注者（消防局救急課）に報告し、対応を協議するものとする。

イ 受注者は、点検整備中においても救急出動に支障が生じないように、点検品と同機種 of 代替品を準備し、必要に応じて載せ替えを行うものとする。

5 実施計画書等の提出

(1) 委託業務実施計画書の提出

受注者は広島市委託契約約款第6条に基づき、契約締結後速やかに発注者（消防局救急課）と点検実施日を調整のうえ、委託業務実施計画書（別紙3）を提出するものとする。

なお、救急出動等により点検実施予定日に点検ができなかった場合は、発注者（消防局救急課）に連絡のうえ再度日程を調整し点検を実施するものとする。

(2) 委託業務実施報告書の提出

受注者は広島市委託契約約款第12条に基づき、本業務完了後、委託業務実施報告書（別紙4）及び点検表（別紙2）を本市（消防局救急課）に提出するものとする。

6 その他

この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者（消防局救急課）と協議のうえ決定するものとする。

生体情報モニタ点検整備業務履行場所等一覧

点検整備場所	積載車両	履行場所	生体情報モニタ型式
東本浦出張所	東本浦救急 1	広島市南区東本浦町 2 3 番 6 号	BSM3562
井口出張所	井口救急 2	広島市西区商工センター四丁目 1 番 1 号	BSM3562
安佐南消防署	佐東救急 1	広島市安佐南区緑井一丁目 1 0 番 3 号	BSM3562
	佐東救急 2		BSM3562
祇園出張所	祇園救急 1	広島市安佐南区祇園二丁目 4 8 番 1 1 号	BSM3562
沼田出張所	沼田救急 1	広島市安佐南区伴東四丁目 1 8 番 6 号	BSM3562
安佐北消防署	中島救急 1	広島市安佐北区可部南四丁目 2 6 番 1 3 号	BSM3562
高陽出張所	高陽救急 1	広島市安佐北区真亀一丁目 3 番 6 号	BSM3562
	高陽救急 2		BSM3562
可部出張所	可部救急 1	広島市安佐北区可部七丁目 7 番 1 6 号	BSM3562
安佐出張所	安佐救急 1	広島市安佐北区安佐町大字飯室 3 0 5 2 番地 1	BSM3562
白木出張所	白木救急 1	広島市安佐北区白木町大字市川 1 5 3 3 番地 5	BSM3562
安芸太田出張所	安芸太田救急 1	広島県山県郡安芸太田町大字中筒賀 3 4 5 番地 2	BSM3562
	安芸太田救急 2		BSM3562
安芸消防署	海田救急 1	広島県安芸郡海田町堀川町 3 番 1 2 号	BSM3562
瀬野川出張所	瀬野川救急 1	安芸区中野東七丁目 1 4 番 2 3 号	BSM3562
矢野出張所	矢野救急 1	広島市安芸区矢野西二丁目 1 6 番 1 号	BSM3562
	矢野救急 2		BSM3562
坂出張所	坂救急 1	広島県安芸郡坂町横浜中央一丁目 1 番 1 1 号	BSM3562
熊野出張所	熊野救急 1	広島県安芸郡熊野町萩原六丁目 2 6 番 8 号	BSM3562
佐伯消防署	五日市救急 1	広島市佐伯区五日市中央七丁目 2 5 番 1 8 号	BSM3562
八幡出張所	八幡救急 1	広島市佐伯区利松一丁目 5 番 2 4 号	BSM3562
	八幡救急 2		BSM3562
海老園出張所	海老園救急 1	広島市佐伯区海老園一丁目 2 番 5 4 号	BSM3562
湯来出張所	湯来救急 1	広島市佐伯区湯来町和田 2 2 4 番地	BSM3562

実施日：令和 年 月 日

積載車両

生体情報モニタ点検表： BSM3562

	点 検 項 目	結 果	備 考
外観			
1	各部に汚れはないか	良・否	
2	各部に破損はないか	良・否	
3	コネクタ・スイッチ等に割れ、ガタつきはないか	良・否	
安全			
4	電源コードは3Pを使用し、破損、芯線の露出はないか	良・否	
D I A G N O - S T I C C H E C K			
5	POWER ONチェック結果はOKか	良・否	
6	日時設定は正常か	良・否	
M A N U A L C H E C K			
7	ROMの確認	良・否	
8	RAMの確認	良・否	
9	FRAMの確認	良・否	
10	キー動作の確認	良・否	
11	タッチキー動作の確認	良・否	
12	音出力の確認	良・否	
13	SDカードの確認	良・否	
14	アラームインジケータの確認	良・否	
15	バックライトの確認	良・否	
16	VRAMの確認	良・否	
17	レコーダモジュールWS-372Pの確認	良・否	
非観血血圧			
18	圧力測定精度は正常か	良・否	
19	ゼロ校正	良・否	
20	安全回路は正常か	良・否	
21	加圧スピードの確認	良・否	
22	圧力保持の確認	良・否	
23	電磁弁の動作確認	良・否	
24	回路の動作確認	良・否	
心電図・心拍数			

25	心拍数の精度、同期音発生の確認		良・否	
26	心電図感度の確認		良・否	
27	心拍数、電極確認アラーム検出の確認		良・否	
呼吸				
28	呼吸数の精度確認		良・否	
29	呼吸数アラーム検出の確認		良・否	
S p O ₂				
30	S p O ₂ 値、脈拍数の精度確認		良・否	
31	S p O ₂ 値、コード抜けアラーム検出の確認		良・否	
C O ₂				
32	呼吸数及びC O ₂ 値の精度確認		良・否	
33	コネクタ抜けアラーム検出の確認		良・否	
34	C O ₂ センサキットの測定精度の確認		良・否	
安全性				
35	接地漏れ電流 正常状態	μ A	良・否	
	〃 単一故障状態	μ A	良・否	
	外装漏れ電流 正常状態	μ A	良・否	
	〃 単一故障状態	μ A	良・否	
	患者漏れ電流 I 正常状態	μ A	良・否	
	〃 単一故障状態	μ A	良・否	

広島市長様

所在地

名称

代表者

生体情報モニタ点検整備業務実施計画書

- 1 数量 25台
- 2 履行期間 契約締結日から令和8年3月19日まで
- 3 点検日程 生体情報モニタ点検整備日程のとおり。

(担当者の連絡先)

担当者： _____

部署： _____ 部 _____ 課 _____

電話：(_____) _____ (代) (内線 _____)

【広島市使用欄】

提出者本人確認等済（提出者： _____ 、広島市担当者： _____ ）

生体情報モニタ点検整備日程

実施予定日	点検整備場所	積載車両	台数	点検機種
令和 年 月 日	東本浦出張所	東本浦救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	井口出張所	井口救急2	1	BSM3562
令和 年 月 日	安佐南消防署	佐東救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日		佐東救急2	1	BSM3562
令和 年 月 日	祇園出張所	祇園救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	沼田出張所	沼田救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	安佐北消防署	中島救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	高陽出張所	高陽救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日		高陽救急2	1	BSM3562
令和 年 月 日	可部出張所	可部救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	安佐出張所	安佐救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	白木出張所	白木救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	安芸太田出張所	安芸太田救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日		安芸太田救急2	1	BSM3562
令和 年 月 日	安芸消防署	海田救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	瀬野川出張所	瀬野川救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	矢野出張所	矢野救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日		矢野救急2	1	BSM3562
令和 年 月 日	坂出張所	坂救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	熊野出張所	熊野救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	佐伯消防署	五日市救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	八幡出張所	八幡救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日		八幡救急2	1	BSM3562
令和 年 月 日	海老園出張所	海老園救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	湯来出張所	湯来救急1	1	EMS1052

広島市長様

所在地

名称

代表者

生体情報モニタ点検整備業務実施報告書

- 1 数量 25台
- 2 履行期間 契約締結日から令和8年3月19日まで
- 3 実施結果 生体情報モニタ点検整備実施結果のとおり

(担当者の連絡先)

担当者： _____

部署： _____ 部 _____ 課 _____

電話：(_____) _____ (代) (内線 _____)

【広島市使用欄】

提出者本人確認等済（提出者： _____ 、広島市担当者： _____ ）

実施日	点検整備場所	積載車両	台数	点検機種
令和 年 月 日	東本浦出張所	東本浦救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	井口出張所	井口救急2	1	BSM3562
令和 年 月 日	安佐南消防署	佐東救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日		佐東救急2	1	BSM3562
令和 年 月 日	祇園出張所	祇園救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	沼田出張所	沼田救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	安佐北消防署	中島救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	高陽出張所	高陽救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日		高陽救急2	1	BSM3562
令和 年 月 日	可部出張所	可部救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	安佐出張所	安佐救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	白木出張所	白木救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	安芸太田出張所	安芸太田救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日		安芸太田救急2	1	BSM3562
令和 年 月 日	安芸消防署	海田救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	瀬野川出張所	瀬野川救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	矢野出張所	矢野救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日		矢野救急2	1	BSM3562
令和 年 月 日	坂出張所	坂救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	熊野出張所	熊野救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	佐伯消防署	五日市救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	八幡出張所	八幡救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日		八幡救急2	1	BSM3562
令和 年 月 日	海老園出張所	海老園救急1	1	BSM3562
令和 年 月 日	湯来出張所	湯来救急1	1	EMS1052