

病室備品

仕様書

広島市健康福祉局保健部医療政策課市立病院係

広島市医師会運営 安芸市民病院

仕 様 書

◆納入場所：広島市医師会運営 安芸市民病院

広島県広島市安芸区畑賀2丁目14-11

◆納入期限：令和8年9月30日（水）

搬入等については、安芸市民病院の新棟の引越し（令和8年9月中旬予定）以降、
搬入期限までに実施することとする。

◆検収条件：別途協議とする。

1 品名・規格

1-1 機器内訳及び機器構成表のとおりである。

2 一般的条項

2-1 調達物品にかかる仕様は機器内訳及び機器構成表のとおりである。

2-2 入札機器は、入札時点で製品化されていること。

2-3 納入する機器は全て新品であること。

3 設置条件については以下の要件を満たしていること。

3-1 装置の搬入、据付、配管、配線及び調整を行うこと。

3-2 病院が用意した1次側設備以外に必要な場合受注者にて対応すること。

3-3 搬入に伴う費用は納入業者の負担とする。

3-4 機器搬入にあたっては、その搬入経路の壁床補強等を施すこと。
また、別途指示のあった場合はその指示に従うこと。

3-5 設置に係る届出や申請書に関しては必要書類を作成し、病院担当者へ提出すること。

3-6 機器搬入及び据え付けの際、誤って病院の躯体、設備及び器物等に損傷を与えた場合は速やかに病院
担当者に報告し、建築工事の仕上げに準じ納入業者の負担において修復すること。

3-7 落札後、病院が指定する期日までに発注から納品、取り扱い説明を含めたスケジュールを提出し病院
の診療業務に支障をきたさないよう病院担当者と協議の上、その指示に従うこと。

3-8 必要な場合はUPSなどの無停電装置を備えること。

3-9 病院が指定する医療系システムにネットワーク接続すること。

3-10 設備に必要な新規ケーブルの配線工事は必要機器を含め受注者の負担とする。
ケーブルの配線経路は病院と打合せのうえ決定すること。

仕 様 書

4 障害支援体制については以下の要件を満たしていること。

- 4-1 機器の正常な機能を保つために、受注者は業務に支障を及ぼさないように定期的に予防を行うこと。
- 4-2 定期点検は、年1回以上実施すること。契約期間中においては、業務に支障をきたさないよう、速やかに故障物品の納入や補修を行う等の措置を講じること。
- 4-3 機器の保守管理部品については、製造終了後より部品供給終了時期まで保証すること。
- 4-4 調達物品のメンテナンスに対して調整業務を行うこと。

5 導入時の教育とサポート体制は以下の要件を満たしていること。

- 5-1 必要なマニュアル・教材及び手引書については、すべて日本語で記載したものを提出すること。
- 5-2 受注者は必要な操作技術の説明を担当する病院職員の要求に応じ、必要な操作技術の説明会を行うこと。
- 5-3 受注者は導入時及び稼動後、病院の運用に支障をきたさないように担当要員にて対応すること。

受注者はあらかじめ、機器の導入スケジュールを病院に示した上、導入の経過・進捗状況を適時報告
- 5-4 すること。また、受注者の機器のレビューに病院職員を立会わせ適切な意見があれば参考とすること。
- 5-5 受注者は機器のサポートにおいて、専門知識を有した人員にて医療機器の導入、設置、保守管理を行うこと。また、緊急時には迅速な対応が行えること。
- 5-6 受注者はサポート体制表を病院に提出すること。
- 5-7 受注者は入札機器が円滑に業務運用できるように職員教育を行うこと。ただし医療機器業公正取引協議会の定める「医療機関等における医療機器の立会いに関する基準」を遵守すること。

6 機器搬入等

- 6-1 機器は、新病院に設置すること。詳細は病院職員の指示を受けること。
- 6-2 調整後、機器が正常に作動するように病院職員が立会の上、動作確認を行うこと。

7 その他

- 7-1 機器のうち医薬品医療機器等法に基づく製造承認が必要な医療機器に関しては、入札時点で同法に基づく製造の承認を得ている物品であること。
- 7-2 運搬、据付調整、検査及び職員研修にかかる諸経費はすべて受注者の負担とし、機器の運搬、設置及び据付調整は所定の位置に納入期日までに速やかに行うこと。
- 7-3 モニター等はテレビチューナーを内蔵していないこと。
- 7-4 本仕様に疑義を生じたとき、または本仕様書に定めのない事項については、本市職員と協議の上決定するものとする。

病室備品 機器内訳

項目	階	部屋名	品名	メーカー	型式	数量
1	2	1床室(重症)×2室	電動ベッド(離床センサー付き)	パラマウントベッド	KA-75123A	1式
2	2	1床室(陰圧個室)×2室	電動ベッド(離床センサー付き)	パラマウントベッド	KA-75123A	1式
3	2	4床室×7室	電動ベッド(離床センサー付き)	パラマウントベッド	KA-75123A	1式
4	3	2床室×2室	電動ベッド(離床センサー付き)	パラマウントベッド	KA-75123A	1式
5	3	4床室×6室	電動ベッド(離床センサー付き)	パラマウントベッド	KA-75123A	1式
						—以上—

病室備品 機器構成表

項目	階	品名	メーカー	型式	数量
1	2	電動ベッド（離床センサー付き）	パラマウントベッド	KA-75123A	2
(1)	2	マットレス（トライタイフ，83cm）	パラマウントベッド	KE-623UQ	2
(2)	2	ベッドサイドレール（1セット2本）	パラマウントベッド	KS-161G	2
(3)	2	ベッドサイドテーブル（ロック付き）	パラマウントベッド	KF-1934	2
2	2	電動ベッド（離床センサー付き）	パラマウントベッド	KA-75123A	2
(1)	2	マットレス（トライタイフ，83cm）	パラマウントベッド	KE-623UQ	2
(2)	2	ベッドサイドレール（1セット2本）	パラマウントベッド	KS-161G	2
(3)	2	サイドレールカバー	パラマウントベッド	KZ-123006	2
(4)	2	ベッドサイドテーブル（ロック付き）	パラマウントベッド	KF-1934	2
3	2	電動ベッド（離床センサー付き）	パラマウントベッド	KA-75123A	28
(1)	2	マットレス（トライタイフ，83cm）	パラマウントベッド	KE-623UQ	28
(2)	2	ベッドサイドレール（1セット2本）	パラマウントベッド	KS-161G	28
(3)	2	ベッドサイドテーブル（ロック付き）	パラマウントベッド	KF-1934	28
4	3	電動ベッド（離床センサー付き）	パラマウントベッド	KA-75123A	2
(1)	3	マットレス（トライタイフ，83cm）	パラマウントベッド	KE-623UQ	2
(2)	3	ベッドサイドレール（1セット2本）	パラマウントベッド	KS-161G	2
(3)	3	サイドレールカバー	パラマウントベッド	KZ-123006	2
(4)	3	スイングアーム介助バー	パラマウントベッド	KS-099AH	2
(5)	3	ベッドサイドテーブル（ロック付き）	パラマウントベッド	KF-1934	2
5	3	電動ベッド（離床センサー付き）	パラマウントベッド	KA-75123A	24
(1)	3	マットレス（トライタイフ，83cm）	パラマウントベッド	KE-623UQ	24
(2)	3	ベッドサイドレール（1セット2本）	パラマウントベッド	KS-161G	24
(3)	3	スイングアーム介助バー	パラマウントベッド	KS-099AH	24
(4)	3	ベッドサイドテーブル（ロック付き）	パラマウントベッド	KF-1934	24
—以上—					