

仕様書

1 品名

自動体外式除細動器（AED）

2 数量

33台

3 規格等

次のいずれかとする。

品名	数量	メーカー	品名
自動体外式除細動器 （AED）（バッテリーを 含む）	33台	日本ストライカー（株）	ライフパック CR2 USB モデル （バッテリーは、スタンバイ状態で 約4年のものとする。）
		フクダ電子（株）	AEDベネハートC1A （バッテリーは、スタンバイ状態で 約4年のものとする。）
		日本光電工業（株）	カルジオライフ AED-3100 （バッテリーは、スタンバイ状態で 約4年のものとする。）

付属品等

- AED 1 台につき電極パッド（本体で成人・小児モードの切り替えができる製品は、成人・小児兼用パッド2組、切り替えのできない製品は成人用パッド（小学生～大人用パッド）2組と小児用パッド（未就学児用パッド）1組とする。）、純正のキャリングケース（またはキャリングバッグ）、AED収納スタンド（自立式）を備えて、納品すること。
- AED収納スタンド（自立式）は、転倒防止用の金具付き、または転倒防止措置を講じたものであり工事を要しない据え置きタイプとすること。また、中が見える扉付きとし、扉を開けた場合にブザー音で告知する機能があること。
- AED設置ステッカー（一般財団法人日本救急医療財団が推奨する意匠に準拠したもの）を1台につき2枚付属すること。
- 導入後5年間の必要経費は消耗品（バッテリー、電極パッド）のみとし、バッテリー及び電極パッドの使用期限を明記すること。
- 搬入から組立設置に至るまで、すべて受注者において行うこと。

4 機器機能・性能

- 医療用具（除細動器）として薬事承認を得ていること。
- JRC蘇生ガイドライン2020に対応している機種であること。
- 電極パッドは本体に接続されている状態で保管されていること。
- 音声ガイドにより、AEDの一連の操作方法が流れるようにすること。
- 自己診断機能により、定期的にバッテリー、電極パッド、内部回路のセルフテストをする機能を有しており、使用可否についてはインジケータなど確認ができること。
- 新品であること。

5 納入期限

令和8年9月30日（水）

なお、納入日について、受注者は各学校で納入及び取扱説明を受ける体制をとることができる課業日の9：00～16：00までに納入すること。

6 納品場所

番号	学校名	住所	電話番号
1	石内小学校	広島市佐伯区五日市町石内 3276	941-0217
2	河内小学校	広島市佐伯区五日市町上河内 371	928-0218
3	八幡東小学校	広島市佐伯区八幡東 4-27-1	928-7261
4	五日市観音西小学校	広島市佐伯区坪井 3-877	921-1171
5	五月が丘小学校	広島市佐伯区五月が丘 2-22-1	941-2820
6	美鈴が丘小学校	広島市佐伯区美鈴が丘西 1-8-1	928-4311
7	五日市東小学校	広島市佐伯区皆賀 2-3-1	923-2711
8	藤の木小学校	広島市佐伯区藤の木 2-2-1	927-4545
9	彩が丘小学校	広島市佐伯区河内南 2-10-1	928-1239
10	湯来南小学校	広島市佐伯区湯来町白砂 3555-1	0829-86-0611
11	八木小学校	広島市安佐南区八木 9 丁目 17-1	873-2010
12	緑井小学校	広島市安佐南区緑井 4 丁目 31-1	877-0054
13	中筋小学校	広島市安佐南区中筋 2 丁目 15-5	879-1350
14	大町小学校	広島市安佐南区大町西 2 丁目 24-1	877-5021
15	上安小学校	広島市安佐南区上安 5 丁目 21-52	872-2761
16	安西小学校	広島市安佐南区高取南 2 丁目 18-1	878-7301
17	祇園小学校	広島市安佐南区祇園 3 丁目 1-27	874-0034
18	梅林小学校	広島市安佐南区八木 3 丁目 3-9	873-6167
19	伴東小学校	広島市安佐南区伴東 7 丁目 11-1	848-2061
20	長東西小学校	広島市安佐南区長東西 1 丁目 26-1	239-3922
21	伴南小学校	広島市安佐南区伴南 1 丁目 29-1	848-9971
22	春日野小学校	広島市安佐南区山本新町 2 丁目 18-1	832-5616
23	志屋小学校	広島市安佐北区白木町 3890-1	828-0059
24	三田小学校	広島市安佐北区白木町 2649	829-0007
25	狩小川小学校	広島市安佐北区上深川町 1345	844-0023
26	落合東小学校	広島市安佐北区落合 4 丁目 13-1	842-2737
27	口田東小学校	広島市安佐北区口田 2 丁目 1-1-1	843-4864
28	大林小学校	広島市安佐北区大林 4 丁目 14-1	818-2403
29	可部南小学校	広島市安佐北区可部南 2 丁目 11-1	814-4101
30	鈴張小学校	広島市安佐北区安佐町鈴張 1896	835-1017
31	筒瀬小学校	広島市安佐北区安佐町 1598	838-1026
32	日浦小学校	広島市安佐北区あさひが丘 7 丁目 12-1	838-1004
33	倉掛小学校	広島市安佐北区倉掛 1 丁目 13-1	843-0201

7 検査

- (1) 設置後、検査職員立会いのうえ、良好な状態で検査を受けること。
- (2) 梱包資材等は納入業者が持ち帰ること。
- (3) 納入物品に不良箇所があった場合は速やかに交換すること。

8 保証期間等

保証期間は、本品検査受領後5年間とする。ただし、納入者（製造者）の責に帰する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後においても無料で修理又は良品と取り替えるものとする。

9 その他

- (1) 納品に当たっては、施設の毀損、汚損に十分注意することとし、万一、不注意により毀損、汚損があった場合は、納入業者の責任において原状回復を行うこと。
- (2) 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を設置先の施設へ提出すること。また、機器の取り扱いの説明を行うこと。
 - ア 機器の構造、機能及び取扱いに関する説明書
 - イ 機器に付属する消耗品等の明細一覧表
- (3) 消耗品（バッテリー・電極パッド）使用期限満了の1か月前までに設置先の施設に対し、郵送等により消耗品の交換についての通知を行うこと。
- (4) 受注者は、既に設置してある古いAED本体、キャリングケース並びに収納ケース（壁掛け収納ケース又は自立式収納ケース）を撤去し引き取ること。
- (5) 本仕様書に関し疑義を生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、本市職員と協議のうえ、決定するものとする。

10 問合せ先

広島市教育委員会学校教育課健康教育課保健・安全係 担当：井伊

〒 730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目7番40号

APエルテージ国泰寺ビル5階

電話（082）504-2702