

## 仕 様 書

### 1 件名

救急用資器材（自動体外式除細動器）

### 2 品名及び数量

救急用資器材（自動体外式除細動器） 10セット

以下の(1)～(2)の品目及び数量をもって1セットとする。

#### (1) 本体

日本光電工業株式会社製 TEC-2601 カルジオライフ S 1台

#### (2) 付属品

本体1台につき、下表に記載の品名及び数量を納入すること。

| No. | 品名                         | 数量  |
|-----|----------------------------|-----|
| 1   | リチウムイオンバッテリー（SB-220V X233） | 2個  |
| 2   | 使い捨てパッド（P-721 H331）        | 50枚 |
| 3   | エネルギーチェッカー（AX-103V）        | 1個  |
| 4   | SDメモリーカード（QM-002D 2G）      | 2個  |
| 5   | 除細動レポート表示ソフトウェア（QP-551V）   | 1個  |
| 6   | 電極リード線（BR-923P K917）       | 1本  |
| 7   | 心電図誘導コード10電極（BJ-900P K901） | 1個  |
| 8   | USBカードリーダー                 | 1個  |
| 9   | AC電源タップ（3P→2P変換アダプタ）       | 1個  |
| 10  | 記録紙（FQW50-3-100 A723）10冊入り | 10個 |

### 3 納入期限

令和9年3月31日（月）

なお、納品日については、納品日の14日前までに本市職員へ連絡すること。

### 4 納入場所

広島市消防局警防部救急課（広島市中区大手町五丁目20番12号）

### 5 検査

納入日に本市職員の検査を受けること。（この際、試操作を行い、正常な作動を確認した後、受領するものとする。）

### 6 法令等への適合

本資器材は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣の登録を受けた者の認証を受けたものであること。

## **7 保証期間等**

保証期間は、原則として本品検査受領後 1 年間とする。ただし、メーカー発行の保証書により 1 年を超える保証がある場合はそれによる。また、納入者（又は製造者）の責めに属する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後においても無料で修理又は良品と取替えを行うものとする。

## **8 その他**

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、本市職員と協議のうえ、決定するものとする。